

精度測定検査表

Examination for precision list

測定日

2014. 8. 27

精度評価

コメント

A 0 ~ 0.02mm

B 0 ~ 0.03mm


C 0 ~ 0.04mm

D 0 ~ 0.05mm


メーカー ヤマザキマザック パーコード P3645

型式 VCN-510C II

振り回し(300ピッチ)




主軸振れ




直角度


【Y Z】



【X Z】



【X Y】



上面精度

() 1パレット [] 2パレット

