


精度測定検査表

Examination for precision list


精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

メーカー	牧野フライス	バーコード	P4552
型式	GF6		

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.020)



上面精度

上面精度評価	
A	0 ~ 0.03mm
B	0 ~ 0.04mm
C	0 ~ 0.05mm



※テーブル800~1250mmの場合