



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	2004年製	バーコード	P006993
型式	YZ-402NC	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.014)

【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.014)



上面精度

※テーブルサイズ 1400×400

