


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1995年製	管理番号	P007487
型式	MILLAC-438V	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.024)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.010)



上面精度

※テーブルサイズ 1050×410



2021/6/29