


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2005年製	管理番号	P007815
型式	ACCUMILL4000	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.022)

【XY】測定値 (0.016)



上面精度

※テーブルサイズ 700×400



2022/5/18