


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	安田	年式	1996年製	バーコード	P002626
型式	YBM-640V		測定者	武藤	アシスタント

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【Y Z】測定値 (0.012)

【X Z】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.004)



上面精度

※テーブルサイズ 450×600

