


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2012	管理番号	P008496
型式	α -T21iFa	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】 測定値 (0.008)


【XZ】 測定値 (0.006)

【XY】 測定値 (0.002)



上面精度

※テーブルサイズ 660×400



2024/4/4