


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2012	管理番号	P008941
型式	α -T21iFa	測定者	野辺 沼	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.014)



上面精度

※テーブルサイズ 650 × 400



2025/6/12