


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2005	管理番号	P008993
型式	NV5000 α 1B/40	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.004)

【X Y】 測定値 (0.002)



上面精度

※テーブルサイズ 1320×600



2025/8/26