

精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	市川製作所	年式	2015	管理番号	P009056
型式	ICS-1230	測定者	武藤	アシスタント	

2025/10/17

誤差 5μ

0 10	+2 7	+3 5	0 2
	+2 8		+5 3
+1 9	0 6	+2 4	0 1