


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2007	管理番号	P009203
型式	TC-R2A	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】 測定値 (-0.006)


【XZ】 測定値 (-0.016)

【XY】 測定値 (0.004)



上面精度

※テーブルサイズ 500×300



2026/5/27