


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2011	管理番号	P009295
型式	GENOS M460-VE	測定者	黒坂	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.004)



上面精度

※テーブルサイズ 1000×460

220mm

160mm

● (+0.008)	● (+0.003)	● (+0.006)
● (-0.002)	● (-0.002)	● (0)
● (+0.002)	● (0)	● (+0.002)

mm

mm

2026/7/17

EAST JAPAN MACHINE PLAZA